

TruLab N

Version 30.06.2016

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

<http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/>

Cat. No.

5 9000 99 10 061

Kit size

6 x 5 mL

Lot No.

22255

5 9000 99 10 062

20 x 5 mL

Exp.

2019-03

DiaSys								
Constituent	Method	Test-ID	Unit	Assay value	Max. limits**	Unit	Assay value	Max. limits**
Albumin Альбумин	Bromocresol green	1 0220	g/dL	3,86	2,97 - 4,75	g/L	38,6	29,7 - 47,5
Alkaline phosphatase	IFCC 37 °C	1 0441	U/L	72,1	54,1 - 90,1	µkat/L	1,20	0,901 - 1,50
Щелочная фосфатаза	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	116	89,3 - 143	µkat/L	1,93	1,49 - 2,38
ALT/GPT	IFCC, with P5P 37 °C	1 2701+2 5010	U/L	58,1	44,7 - 71,5	µkat/L	0,968	0,746 - 1,19
Аланинаминотрансфераза	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	55,9	43,0 - 68,8	µkat/L	0,932	0,717 - 1,15
AST/GOT	IFCC, with P5P 37 °C	1 2601+2 5010	U/L	59,9	46,1 - 73,7	µkat/L	0,998	0,769 - 1,23
Аспаратаминотрансфераза	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	59,1	45,5 - 72,7	µkat/L	0,985	0,758 - 1,21
Amylase Амилаза	EPS G-7	1 0501	U/L	79,0	63,2 - 94,8	µkat/L	1,32	1,05 - 1,58
Pancreatic amylase	EPS G-7	1 0551	U/L	31,6	25,3 - 37,9	µkat/L	0,527	0,421 - 0,632
Панкреатическая амилаза								
Apolipoprotein A1	Immunoturbidimetric	1 7102	mg/dL	154	123 - 185	g/L	1,54	1,23 - 1,85
Аполипопротеин A1								
Apolipoprotein B	Immunoturbidimetric	1 7112	mg/dL	71,6	57,3 - 85,9	g/L	0,716	0,573 - 0,859
Аполипопротеин B								
Bile Acids Желчные кислоты	Colorimetric endpoint	1 2212	µmol/L	10,7	8,56 - 12,8	µmol/L	10,7	8,56 - 12,8
Direct Bilirubin Билирубин	DCA	1 0821	mg/dL	0,894	0,662 - 1,13	µmol/L	15,3	11,3 - 19,3
прямой	Jendrassik-Grof	1 0849	mg/dL	0,895	0,662 - 1,13	µmol/L	15,3	11,3 - 19,3
Bilirubin total Билирубин	DCA	1 0811	mg/dL	1,48	1,10 - 1,86	µmol/L	25,3	18,7 - 31,9
общий	Jendrassik-Grof	1 0849	mg/dL	1,71	1,27 - 2,16	µmol/L	29,3	21,7 - 36,9
Calcium Кальций	Arsenazo	1 1130	mmol/L	2,52	2,24 - 2,80	mg/dL	10,1	8,99 - 11,2
	Phosphonazo	1 1181	mmol/L	2,60	2,31 - 2,89	mg/dL	10,4	9,27 - 11,6
Chloride Хлориды	Colorimetric	1 1221	mmol/L	114	104 - 124	mg/dL	404	368 - 441
	ISE direct	respons 920	mmol/L	108	98,0 - 117	mg/dL	382	348 - 417
Cholesterol Холестерин	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mg/dL	142	122 - 162	mmol/L	3,67	3,16 - 4,19
Cholinesterase Холинэстераза	Butyrylthiocholin	1 1401	U/L	5810	4764 - 6856	µkat/L	96,8	79,4 - 114
CK Креатинкиназа	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	146	117 - 175	µkat/L	2,43	1,95 - 2,92
CK-MB Креатинкиназа МБ	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	37,0	29,6 - 44,3	µkat/L	0,616	0,493 - 0,739
Creatinine Креатинин	Jaffe without compensation	1 1711	mg/dL	1,60	1,25 - 1,95	µmol/L	142	110 - 173
	Jaffe with compensation	1 1711	mg/dL	1,46	1,14 - 1,78	µmol/L	129	101 - 157
	Enzymatic PAP	1 1759	mg/dL	1,26	0,983 - 1,54	µmol/L	111	86,9 - 136
GGT Гамма- глутамилтрансфераза	IFCC, DGKC 1994 37 °C	1 2801	U/L	30,1	23,5 - 36,7	µkat/L	0,501	0,391 - 0,612
	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	26,6	20,8 - 32,5	µkat/L	0,444	0,346 - 0,541
GLDH Глутаматдегидрогеназа	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	17,0	13,6 - 20,4	µkat/L	0,283	0,227 - 0,340
Glucose Глюкоза	GOD-PAP	1 2550+1 2500	mg/dL	98,4	82,7 - 114	mmol/L	5,46	4,59 - 6,34
	HK/G6P-DH	1 2511	mg/dL	94,5	79,4 - 110	mmol/L	5,24	4,41 - 6,08
	Gluc-DH	1 2531	mg/dL	95,5	80,2 - 111	mmol/L	5,30	4,45 - 6,15
HBDH а-ГБДГ	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	134	107 - 161	µkat/L	2,23	1,79 - 2,68
HDL-Cholesterol ЛПВП	Immunoinhibition	13521	mg/dL	44,4	38,2 - 50,6	mmol/L	1,15	0,987 - 1,31
Hydroxybutyrate Бета- Гидроксibuтират	β-HBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,398	0,319 - 0,478	mg/dL	4,15	3,32 - 4,97
IgA Иммуноглобулин А	Immunoturbidimetric	1 7202	mg/dL	171	130 - 212	g/L	1,71	1,30 - 2,12
IgE Иммуноглобулин Е	Immunoturbidimetric	1 7239	IU/mL	94,4	75,5 - 113	ng/mL	227	181 - 272
IgG Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric	1 7212	mg/dL	878	702 - 1054	g/L	8,78	7,02 - 10,5
IgM Иммуноглобулин М	Immunoturbidimetric	1 7222	mg/dL	86,2	62,1 - 110	g/L	0,862	0,621 - 1,10
Iron Железо	Ferene respons 920	1 1911	µg/dL	94,2	81,0 - 107	µmol/L	16,9	14,5 - 19,2
	Ferene	1 1911	µg/dL	94,2	81,0 - 107	µmol/L	16,9	14,5 - 19,2
Lactate Лактат	LDH UV endpoint	1 4001	mmol/L	1,56	1,23 - 1,89	mg/dL	14,1	11,10 - 17,0
LDH Лактатдегидрогеназа	IFCC, DGKC 1994 37 °C	1 4211	U/L	157	129 - 185	µkat/L	2,62	2,15 - 3,09
	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	267	219 - 314	µkat/L	4,44	3,64 - 5,24

TruLab N

Version 30.06.2016

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

<http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/>

Cat. No.

5 9000 99 10 061

Kit size

6 x 5 mL

5 9000 99 10 062

20 x 5 mL

CE

Lot No. 22255

Exp. 2019-03

DiaSys								
Constituent	Method	Test-ID	Unit	Assay value	Max. limits**	Unit	Assay value	Max. limits**
LDL-Cholesterol ЛПНП	Homogenous Select TruCal HDL/LDL до Лота 24432	1 4121	mg/dL	75,1	64,6 - 85,6	mmol/L	1,94	1,67 - 2,21
	Homogenous Select TruCal HDL/LDL r920	1 4121	mg/dL	74,8	64,3 - 85,3	mmol/L	1,93	1,66 - 2,21
	Homogenous Select TruCal Lipid r920	1 4121	mg/dL	75,8	65,2 - 86,4	mmol/L	1,96	1,69 - 2,23
	Homogenous Select TruCal HDL/LDL начиная с Лота 24432	1 4121	mg/dL	80,1	68,9 - 91,3	mmol/L	2,07	1,78 - 2,36
Lipase Липаза	Colorimetric, 37 °C	1 4321	U/L	54,3	43,5 - 65,2	µkat/L	0,906	0,724 - 1,09
Lithium Литий	ISE direct	respons 920	mmol/L	2,25	1,94 - 2,57	mg/dL	1,56	1,34 - 1,78
Magnesium магний	Xylidyl blue method	1 4610	mmol/L	0,923	0,775 - 1,07	mg/dL	2,24	1,88 - 2,60
Phospholipids Фосфолипиды	Enzymatic	1 5741	mg/dL	174	139 - 209	mmol/L	2,25	1,80 - 2,70
Phosphorus Фосфор	Molybdate UV, substrate start	1 5211	mg/dL	3,14	2,58 - 3,71	mmol/L	1,02	0,832 - 1,20
	Molybdate UV, sample start	1 5211	mg/dL	3,16	2,59 - 3,73	mmol/L	1,02	0,837 - 1,20
Potassium Калий	ISE direct	respons 920	mmol/L	4,10	3,73 - 4,47	mg/dL	16,0	14,6 - 17,5
	Enzymatic	1 5221	mmol/L	4,10	3,73 - 4,47	mg/dL	16,0	14,6 - 17,5
Sodium Натрий	ISE direct	respons 920	mmol/L	138	130 - 146	mg/dL	317	298 - 337
	Enzymatic	14808	mmol/L	130	122 - 138	mg/dL	299	281 - 317
Total protein Общий белок	Biuret without sample blank	1 2311	g/dL	6,54	5,82 - 7,26	g/L	65,4	58,2 - 72,6
	Biuret with sample blank	1 2311	g/dL	5,77	5,14 - 6,41	g/L	57,7	51,4 - 64,1
Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric	1 7252	mg/dL	248	198 - 298	g/L	2,48	1,98 - 2,98
Triglycerides Триглицериды	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mg/dL	126	103 - 148	mmol/L	1,42	1,161 - 1,67
UIBC НЖСС	Ferene	1 1921	µg/dL	255	204 - 306	µmol/L	45,7	36,5 - 54,8
Urea Мочевина	Urease UV	1 3101	mg/dL	41,3	32,2 - 50,3	mmol/L	6,87	5,36 - 8,38
	Colorimetric endpoint; Berthelot	1 3115	mg/dL	35,3	27,5 - 43,1	mmol/L	5,88	4,58 - 7,17
Uric Acid Мочевая кислота	TBHBA	1 3021	mg/dL	6,73	5,79 - 7,67	µmol/L	400	344 - 456
	TOOS	1 3001	mg/dL	6,63	5,70 - 7,56	µmol/L	395	339 - 450

Notes:

* Data not available at the time of printing. Please inquire.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
Données non disponible à la date d'impression. Prière de se renseigner.
No se disponía de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte su contacto para cualquier duda.

** Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L'intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le maximum de l'erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d'Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums-medizinischer Untersuchungen Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)

*** In diesem Sollwertzettel wird immer ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A comma is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, la virgule représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour 'mille' ne sont pas employés.
La coma representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el 'mil'.

Manufacturer
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany

TruLab P

Version 30.06.2016

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Cat. No.

5 9050 99 10 061

Kit size

6 x 5 mL

5 9050 99 10 062

20 x 5 mL

 Lot No. 22256

Exp. 2019-03

DiaSys								
Constituent	Method	Test-ID	Unit	Assay value	Max. limits"	Unit	Assay value	Max. limits"
Albumin Альбумин	Bromocresol green	1 0220	g/dL	4,91	3,78 - 6,04	g/L	49,1	37,8 - 60,4
Alkaline phosphatase	IFCC 37 °C	1 0441	U/L	168	126 - 210	µkat/L	2,80	2,10 - 3,50
Щелочная фосфатаза	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	279	215 - 343	µkat/L	4,65	3,58 - 5,72
ALT/GPT	IFCC, with P5P 37 °C	1 2701+2 5010	U/L	96,6	74,4 - 119	µkat/L	1,61	1,24 - 1,98
Аланинаминотрансфераза	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	102	78,5 - 125	µkat/L	1,70	1,31 - 2,09
AST/GOT	IFCC, with P5P 37 °C	1 2601+2 5010	U/L	156	120 - 191	µkat/L	2,59	2,00 - 3,19
Аспаратаминотрансфераза	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	171	132 - 211	µkat/L	2,85	2,20 - 3,51
Amylase Амилаза	EPS G-7	1 0501	U/L	205	164 - 246	µkat/L	3,42	2,74 - 4,11
Pancreatic amylase Панкреатическая амилаза	EPS G-7	1 0551	U/L	103	82,7 - 124	µkat/L	1,72	1,38 - 2,07
Apolipoprotein A1 Аполипопротеин A1	Immunoturbidimetric	1 7102	mg/dL	199	159 - 239	g/L	1,99	1,59 - 2,39
Apolipoprotein B Аполипопротеин B	Immunoturbidimetric	1 7112	mg/dL	92,5	74,0 - 111	g/L	0,925	0,740 - 1,11
Bile Acids Желчные кислоты	Colorimetric endpoint	1 2212	µmol/L	15,9	12,7 - 19,1	µmol/L	15,9	12,7 - 19,1
Direct Bilirubin Билирубин прямой	DCA	1 0821	mg/dL	1,46	1,08 - 1,84	µmol/L	25,0	18,5 - 31,5
	Jendrassik-Grof	1 0849	mg/dL	1,47	1,09 - 1,85	µmol/L	25,2	18,6 - 31,7
Bilirubin total Билирубин общий	DCA	1 0811	mg/dL	3,80	2,81 - 4,79	µmol/L	65,0	48,1 - 81,9
	Jendrassik-Grof	1 0849	mg/dL	4,69	3,47 - 5,91	µmol/L	80,2	59,3 - 101
Calcium Кальций	Arsenazo	1 1130	mmol/L	2,88	2,56 - 3,20	mg/dL	11,5	10,3 - 12,8
	Phosphonazo	1 1181	mmol/L	2,95	2,63 - 3,27	mg/dL	11,8	10,5 - 13,1
Chloride	Colorimetric	1 1221	mmol/L	117	107 - 128	mg/dL	416	379 - 454
	ISE direct	respons 920	mmol/L	111	101 - 121	mg/dL	393	358 - 428
Cholesterol Холестерин	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mg/dL	181	156 - 206	mmol/L	4,68	4,03 - 5,34
Cholinesterase Холинэстераза	Butyrylthiocholin	1 1401	U/L	7493	6144 - 8842	µkat/L	125	102 - 147
СК Креатинкиназа	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	248	198 - 298	µkat/L	4,13	3,31 - 4,96
СК-МВ Креатинкиназа МБ	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	57,3	45,8 - 68,7	µkat/L	0,954	0,763 - 1,15
Creatinine Креатинин	Jaffe without compensation	1 1711	mg/dL	4,32	3,37 - 5,26	µmol/L	381	298 - 465
	Jaffe with compensation	1 1711	mg/dL	4,45	3,47 - 5,43	µmol/L	394	307 - 480
	Enzymatic PAP	1 1759	mg/dL	4,08	3,18 - 4,98	µmol/L	361	281 - 440
GGT Гамма- глутамилтрансфераза	IFCC, DGKC 1994 37 °C	1 2801	U/L	85,2	66,5 - 104	µkat/L	1,42	1,11 - 1,73
	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	75,4	58,8 - 92,0	µkat/L	1,26	0,980 - 1,53
GLDH Глутаматдегидрогеназа	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	21,8	17,4 - 26,2	µkat/L	0,363	0,291 - 0,436
Glucose Глюкоза	GOD-PAP	1 2550+1 2500	mg/dL	254	214 - 295	mmol/L	14,1	11,9 - 16,4
	HK/G6P-DH	1 2511	mg/dL	252	212 - 292	mmol/L	14,0	11,8 - 16,2
	Gluc-DH	1 2531	mg/dL	248	208 - 287	mmol/L	13,7	11,5 - 15,9
HBDH α-ГБДГ	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	239	191 - 287	µkat/L	3,98	3,19 - 4,78
HDL-Cholesterol ЛПВП	Immunoinhibition	13521	mg/dL	52,1	44,8 - 59,4	mmol/L	1,35	1,16 - 1,54
Hydroxybutyrate Бета- Гидроксибутират	b-HBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,980	0,784 - 1,18	mg/dL	10,2	8,16 - 12,2
IgA Иммуноглобулин А	Immunoturbidimetric	1 7202	mg/dL	229	174 - 284	g/L	2,29	1,74 - 2,84
IgE Иммуноглобулин Е	Immunoturbidimetric	1 7239	IU/mL	106	84,7 - 127	ng/mL	254	203 - 305
IgG Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric	1 7212	mg/dL	1124	899 - 1349	g/L	11,2	8,99 - 13,5
IgM Иммуноглобулин М	Immunoturbidimetric	1 7222	mg/dL	109	78,7 - 140	g/L	1,09	0,787 - 1,40
Iron Железо	Ferene respons 920	1 1911	µg/dL	242	208 - 276	µmol/L	43,3	37,3 - 49,4
	Ferene	1 1911	µg/dL	242	208 - 276	µmol/L	43,3	37,3 - 49,4
Lactate Лактат	LDH UV endpoint	1 4001	mmol/L	3,46	2,73 - 4,18	mg/dL	31,1	24,6 - 37,7
LDH Лактатдегидрогеназа	IFCC, DGKC 1994 37 °C	1 4211	U/L	262	215 - 309	µkat/L	4,37	3,58 - 5,15
	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	446	366 - 526	µkat/L	7,43	6,10 - 8,77

TruLab P

Version 30.06.2016

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

<http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/>

Cat. No.

5 9050 99 10 061

Kit size

6 x 5 mL

5 9050 99 10 062

20 x 5 mL

CE

Lot No. 22256

Exp. 2019-03

DiaSys								
Constituent	Method	Test-ID	Unit	Assay value	Max. limits**	Unit	Assay value	Max. limits**
LDL-Cholesterol ЛПНП	Homogenous Select TruCal HDL/LDL до Лота 24432	1 4121	mg/dL	102	87,6 - 116	mmol/L	2,64	2,27 - 3,00
	Homogenous Select TruCal HDL/LDL r920	1 4121	mg/dL	100	86,0 - 114	mmol/L	2,59	2,22 - 2,95
	Homogenous Select TruCal Lipid r920	1 4121	mg/dL	99,1	85,2 - 113	mmol/L	2,56	2,20 - 2,92
	Homogenous Select TruCal HDL/LDL начиная с Лота 24432	1 4121	mg/dL	108	93,1 - 123	mmol/L	2,80	2,41 - 3,19
Lipase Липаза	Colorimetric, 37 °C	1 4321	U/L	90,8	72,6 - 109	µkat/L	1,51	1,21 - 1,82
Lithium Литий	ISE direct	respons 920	mmol/L	2,29	1,97 - 2,61	mg/dL	1,59	1,37 - 1,81
Magnesium магний	Xylidyl blue method	1 4610	mmol/L	1,86	1,56 - 2,16	mg/dL	4,53	3,80 - 5,25
Phospholipids Фосфолипиды	Enzymatic	1 5741	mg/dL	226	181 - 271	mmol/L	2,91	2,33 - 3,50
Phosphorus Фосфор	Molybdate UV, substrate start	1 5211	mg/dL	6,86	5,62 - 8,09	mmol/L	2,21	1,82 - 2,61
	Molybdate UV, sample start	1 5211	mg/dL	6,75	5,54 - 7,97	mmol/L	2,18	1,79 - 2,57
Potassium Калий	ISE direct	respons 920	mmol/L	6,90	6,28 - 7,52	mg/dL	27,0	24,5 - 29,4
	Enzymatic	1 5221	mmol/L	6,59	6,00 - 7,18	mg/dL	25,8	23,4 - 28,1
Sodium Натрий	ISE direct	respons 920	mmol/L	137	129 - 145	mg/dL	315	296 - 334
	Enzymatic	14808	mmol/L	128	120 - 135	mg/dL	293	275 - 311
Total protein Общий белок	Biuret without sample blank	1 2311	g/dL	8,42	7,49 - 9,34	g/L	84,2	74,9 - 93,4
	Biuret with sample blank	1 2311	g/dL	7,48	6,66 - 8,30	g/L	74,8	66,6 - 83,0
Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric	1 7252	mg/dL	322	258 - 386	g/L	3,22	2,58 - 3,86
Triglycerides Триглицериды	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mg/dL	222	182 - 262	mmol/L	2,50	2,05 - 2,94
Urea Мочевина	Urease UV	1 3101	mg/dL	134	105 - 164	mmol/L	22,4	17,4 - 27,3
	Colorimetric endpoint; Berthelot	1 3115	mg/dL	129	101 - 157	mmol/L	21,5	16,8 - 26,2
Uric Acid Мочевая кислота	TBHBA	1 3021	mg/dL	7,01	6,03 - 7,99	µmol/L	417	358 - 475
	TOOS	1 3001	mg/dL	7,12	6,12 - 8,12	µmol/L	423	364 - 483

Notes:

* Data not available at the time of printing. Please inquire.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
Données non disponible à la date d'impression. Prière de se renseigner.
No se disponía de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte su contacto para cualquier duda.

** Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L'intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le maximum de l'erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d'Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums-medizinischer Untersuchungen Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)

*** In diesem Sollwertzettel wird immer ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A comma is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, la virgule représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour 'mille' ne sont pas employés.
La coma representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el 'mil'.

Manufacturer
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany