

**Приложение к паспортам значений контрольных сывороток
TruLab N и TruLab P для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys**

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СЫВОРОТОК ЯВЛЯЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ.

При использовании контролей на следующих автоматических анализаторах **BioMajesty JCA-BM6010/C, Abbot, Beckman Coulter, Roche, Siemens** паспортные значения запрашивайте дополнительно по телефону горячей линии: **8-800-200-63-39**, по электронной почте **sale@diakonlab.ru** или скачивайте с сайта компании ДИАКОН **www.diaakonlab.ru** (раздел Документы)

				Trulab N Lot № 22255 2019-03					Trulab P Lot № 22256 Exp. 2019- 03				
Параметр	Метод	Test-ID	Един.	Знач	Пределы			Станд.о ткл.	Знач	Пределы			Станд.о ткл.
Альбумин ДиаС, ДДС	Бромкрезоловый зеленый	1 0220	g/L	38,6	29,7	-	47,5	2,967	49,10	37,8	-	60,4	3,767
Щелочная фосфатаза Диас, ДДС	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	116	89,3	-	143	8,950	279	215	-	343	21,333
АЛТ/GPT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	55,9	43,0	-	68,8	4,300	102	78,50	-	125,00	7,750
АСТ/GOT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	59,1	45,5	-	72,7	4,533	171	132	-	211	13,167
Амилаза ДиаС, ДДС	EPS G-7	1 0501	U/L	79,0	63,2	-	94,8	5,267	205	164	-	246	13,667
Панкреатич амилаза DiaSys	EPS G-7	1 0551	U/L	31,6	25,3	-	37,9	2,100	103	82,7	-	124	6,883
Прямой билирубин	ДХА (ДиаС)	1 0821	μmol/L	15,3	11,3	-	19,3	1,333	25,0	18,5	-	31,5	2,167
	Йедрашика-Гроффа (ДДС)		μmol/L	15,3	11,3	-	19,3	1,333	25,2	18,6	-	31,7	2,183
Общий билирубин ДиаС, ДДС	ДХА	1 0811	μmol/L	25,3	18,7	-	31,9	2,200	65,0	48,1	-	81,9	5,633
	Арсенazo (ДиаС)	1 1130	mmol/L	2,52	2,24	-	2,80	0,093	2,88	2,56	-	3,20	0,107
Кальций	Фосфаназо (DiaSys)	1 1181	mmol/L	2,60	2,31	-	2,89	0,097	2,95	2,63	-	3,27	0,107
	ОКФ(только для полуавтоматических анализаторов)		mmol/L	2,34	2,08	-	2,60	0,087	2,73	2,43	-	3,03	0,100
Хлориды ДиаС, ДДС	ISE direct		mmol/L	108,00	98,00	-	117,00	3,167	111,00	101,00	-	121,00	3,333
	Тиоцианат	1 1200	mmol/L	109	97,0	-	121	4,000	111,00	98,8	-	123,0	4,033
Холестерин ДиаС, ДДС	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mmol/L	3,67	3,16	-	4,19	0,172	4,68	4,03	-	5,34	0,218
Холинэстераза DiaSys	Бутирилхолиновый	1 1401	U/L	5810	4764	-	6856	349	7493	6144	-	8842	450
КФК ДиаС, ДДС	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	146	117	-	175	9,667	248	198	-	298	16,667
КФК-MB DiaSys	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	37,0	29,6	-	44,3	2,450	57,30	45,8	-	68,7	3,817
Креатинин	Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	1 1711	μmol/L	142	110	-	173	10,500	381	298	-	465	27,8
	Ферментативный ПАП DiaSys	1 1759	μmol/L	111	86,9	-	136	8,183	361	281	-	440	26,500
g-ГТ ДиаС, ДДС	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	26,6	20,8	-	32,5	1,950	75,40	58,8	-	92,0	5,533
ГЛДГ DiaSys	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	17,0	13,60	-	20,4	1,133	21,80	17,4	-	26,2	1,467
Глюкоза	GOD-PAP (ДДС, ДиаС)	1 2550+1 2500	mmol/L	5,46	4,59	-	6,34	0,292	14,10	11,9	-	16,4	0,750
	гексокиназный (DiaSys)	1 2511	mmol/L	5,24	4,41	-	6,08	0,278	14,00	11,8	-	16,2	0,733
a-ГЪДГ DiaSys	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	134	107	-	161	9,0	239,00	191	-	287	16,000
Железо ДиаС	Ферен	1 1911	μmol/L	16,9	14,5	-	19,2	0,783	43,30	37,3	-	49,4	2,017
ЛДГ ДиаС, ДДС	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	267	219	-	314	15,833	446,00	366	-	526	26,667
Магний DiaSys	Ксилюдиновый синий	1 4610	mmol/L	0,923	0,775	-	1,070	0,049	1,86	1,56	-	2,16	0,100
Фосфор ДДС, ДиаС	Молибдат UV, бирагент (запуск субстратом)	1 5211	mmol/L	1,020	0,832	-	1,20	0,061	2,21	1,82	-	2,61	0,132
	Молибдат UV, монореагент (запуск образцом)	1 5211	mmol/L	1,02	0,837	-	1,20	0,061	2,18	1,79	-	2,57	0,130
Общ.белок ДиаС, ДДС монореаг	Биуретовый без сывороточного бланка	1 2311	g/L	65,4	58,2	-	72,6	2,400	84,20	74,9	-	93,4	3,083
бירהгент	Биуретовый с сывороточным бланком	1 2311	g/L	57,7	51,4	-	64,1	2,117	74,80	66,6	-	83,0	2,733
Триглицериды ДиаС, ДДС	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mmol/L	1,42	1,161	-	1,67	0,085	2,50	2,05	-	2,94	0,148
Мочевина ДиаС, ДДС	Уреаза УФ кинетика	1 3101	mmol/L	6,87	5,36	-	8,38	0,503	22,40	17,4	-	27,3	1,650
	КТ,Берглю (ДДС)	1 3115	mmol/L	5,88	4,58	-	7,17	0,432	21,50	16,8	-	26,2	1,567
Мочевая кислота Uric Acid	ТВНВА (ДДС)	1 3021	μmol/L	400	344	-	456	18,667	417	358	-	475	19,500
	TOOS (ДиаС)	1 3001	μmol/L	395	339	-	450	18,500	423	364	-	483	19,833
ЛПВП DiaSys	Иммуноингибирование	13521	mmol/L	1,10	0,943	-	1,25	0,051	1,51	1,30	-	1,72	0,070
ЛПНП DiaSys	Гомогенный селективный TruCal [®] HDL/LDL до Лота 24432	1 4121	mmol/L	1,84	1,58	-	2,10	0,087	2,40	2,06	-	2,73	0,112
	Гомогенный селективный TruCal [®] HDL/LDL начиная с Лота 24432	1 4121	mmol/L	1,96	1,68	-	2,23	0,092	2,56	2,20	-	2,92	0,120
НЖСС DiaSys	Ферен	1 1921	μmol/L	45,7	36,5	-	54,8	3,050			-		
Фосфолипиды DiaSys	Ферментативный	1 5741	mmol/L	2,25	1,80	-	2,70	0,150	2,91	2,33	-	3,50	0,195
Липаза DiaSys	Колориметрический, 37 °C	1 4321	U/L	54,3	43,5	-	65,2	3,617	90,80	72,6	-	109,0	6,067
Лактат DiaSys	ЛДГ UV КТ	1 4001	mmol/L	1,56	1,23	-	1,89	0,110	3,46	2,73	-	4,18	0,242
IgA DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7202	g/L	1,48	1,12	-	1,84	0,120	1,79	1,36	-	2,22	0,143
IgE DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7239	IU/mL	31,9	25,5	-	38,3	2,133	40,20	32,1	-	48,2	2,683
IgG DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7212	g/L	6,46	5,17	-	7,75	0,430	7,82	6,26	-	9,38	0,520
IgM DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7222	g/L	0,878	0,632	-	1,12	0,081	1,08	0,775	-	1,38	0,101
b-Гидроксibuтират DiaSys	β-NBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,398	0,319	-	0,478	0,027	0,980	0,784	-	1,18	0,066
Трансферрин DiaSys DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7252	mmol/L	1,91	1,53	-	2,29	0,127	2,24	1,79	-	2,69	0,150
Аполипопротеин A1 DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7102	mmol/L	1,28	1,02	-	1,54	0,087	1,51	1,21	-	1,81	0,100
Аполипопротеин B DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7112	mmol/L	0,619	0,495	-	0,743	0,041	0,768	0,614	-	0,922	0,051
Potassium Калий	ISE direct		mmol/L	4,10	3,73	-	4,47	0,123	6,90	6,28	-	7,52	0,207
Sodium Натрий	ISE direct		mmol/L	138	130	-	146	2,667	137	129	-	145	2,667