

TruLab L Level 2**Version 12.09.2016****Lot No. 22636****Exp. 2019-05**

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
 Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
 Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
 Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
 для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

<http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/>

**Lipid Control serum****Cat. No. 5 9030 99 10 065****Kit size: 3 x 3 ml****Lipidkontrollserum****Sérum de contrôle lipides****Suero de control lípidos****Контрольная сыворотка для липидов**

Constituent Bestandteil Constituant Constituyente	Method Methode Méthode Método		Assay Value Sollwert Valeur cible Valor medio	Max. limits* Max. Bereich* Limites max.* Limites máx.*	Units Einheit Unité Unidad
APO A1 Apolipoprotein A1 Apolipoprotéine A1 Apolipoproteína A1 Аполипопротеин A1	Immunoturbidimetric	DS 1 7102	166 1,66	133 - 199 1,33 - 1,99	mg/dL g/L
APO B Apolipoprotein B Apolipoprotéine B Apolipoproteína B Аполипопротеин B	Immunoturbidimetric	DS 1 7112	137 1,37	110 - 165 1,10 - 1,65	mg/dL g/L
CHOL Total cholesterol Gesamt-Cholesterin Cholestérol total Colesterol total Общий холестерин	CHOD-PAP	DS 1 1350 DS 1 1300	243 6,29 2,43	209 - 277 5,41 - 7,17 2,09 - 2,77	mg/dL mmol/L g/L
HDL-C HDL cholesterol HDL-Cholesterin Cholestérol HDL Colesterol HDL ЛПВП-холестерин	Direct immunoinhibition	DS 1 3521	44,7 1,16 0,447	35,8 - 53,6 0,925 - 1,39 0,358 - 0,536	mg/dL mmol/L g/L
	CHOD-PAP Precipitant	DS 1 1300 + DS 1 3540	36,9 0,954 0,369	29,5 - 44,3 0,763 - 1,15 0,295 - 0,443	mg/dL mmol/L g/L
LDL-C LDL cholesterol LDL-Cholesterin Cholestérol LDL Colesterol LDL LDL-Cholesterin Cholestérol LDL Colesterol LDL ЛПНП-холестерин	Homogenous Select TruCal HDL/LDL начиная с лота 24432	DS 1 4121	159 4,11 1,59	127 - 191 3,29 - 4,93 1,27 - 1,91	mg/dL mmol/L g/L
	Homogenous Select TruCal HDL/LDL до Лота 24432	DS 1 4121	151 3,89 1,51	120 - 181 3,12 - 4,67 1,20 - 1,81	mg/dL mmol/L g/L
	Homogenous Select, respons920 TruCal Lipid	DS 1 4121	152 3,92 1,52	121 - 182 3,14 - 4,70 1,21 - 1,82	mg/dL mmol/L g/L
	Homogenous Select, respons920 TruCal HDL/LDL	DS 1 4121	148 3,84 1,48	119 - 178 3,07 - 4,60 1,19 - 1,78	mg/dL mmol/L g/L
	CHOD-PAP Precipitant	DS 1 1300 + DS 1 4330	179 4,63 1,79	143 - 215 3,71 - 5,56 1,43 - 2,15	mg/dL mmol/L g/L
Lp-PLA₂ Lipoprotein-associated phospholipase A2 Lipoprotein-assozierte Phospholipase A2 phospholipase A2 associée aux lipoprotéines la fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína	Colorimetric test Farbtest test colorimétrique test-color Колориметрический тест	DS 1 7181	837 13,9	669 - 1004 11,2 - 16,7	U/L µkat/L

TruLab L Level 2**Version 12.09.2016****Lot No. 22636****Exp. 2019-05**

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
 Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
 Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
 Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
 для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

<http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/>

**Lipid Control serum****Cat. No. 5 9030 99 10 065****Kit size: 3 x 3 ml****Lipidkontrollserum****Sérum de contrôle lipides****Suero de control lípidos****Контрольная сыворотка для липидов**

Constituent Bestandteil Constituant Constituyente	Method Methode Méthode Método		Assay Value Sollwert Valeur cible Valor medio	Max. limits* Max. Bereich* Limites max.* Limites máx.*	Units Einheit Unité Unidad
NEFA					
Non-esterified fatty acids	enzymatic		15,7	12,5 - 18,8	mg/dL
Unveresterte Fettsäuren	enzymatisch	DS 1 5781	0,554	0,443 - 0,665	mmol/L
Acides gras non estérifiés	enzymatique		0,157	0,125 - 0,188	g/L
Acidos grasos no esterificados	enzimático				
Свободные жирные кислоты	Ферментативный				
PL					
Phospholipids	enzymatic		322	257 - 386	mg/dL
Phospholipide	enzymatisch	DS 1 5741	4,15	3,32 - 4,98	mmol/L
Phospholipides	enzymatique		3,22	2,57 - 3,86	g/L
Fosfolípidos	enzimático				
Фосфолипиды	Ферментативный				
TG					
Triglycerides			291	233 - 349	mg/dL
Triglyceride	GPO-PAP	DS 1 5760	3,28	2,62 - 3,93	mmol/L
Triglycérides		DS 1 5710	2,91	2,33 - 3,49	g/L
Trglicéridos					
Триглицериды					

Short forms:

DS DiaSys

Notes:

* The ranges represent the maximum permissible deviation of a single determination in accordance with the guidelines of the German Federal Medical Council (RiliBäk); Deutsches Aэрzteblatt Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003, A 3335-3338.

For the analytes not listed in RiliBäk the ranges are given as +/- 20 % of the assay value.

* Die Bereiche geben die maximal zulässige Abweichung einer Einzelbestimmung Entsprechend den Richtlinien der Bundesärztekammer (RiliBäk); Deutsches Aэрzteblatt Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003, A 3335-3338.

Für Analyte die in der RiliBäk nicht aufgeführt sind, werden die Bereiche mit +/- 20 % vom Sollwert angegeben.

* Les plages représentent les déviations maximales autorisées pour une seule et unique analyse selon les directives de la Ordre des médecins de la RFA (RiliBäk); Deutsches Aэрzteblatt Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003, A 3335-3338.

Les plages applicables aux sérums non mentionnées dans cette référence sont définies comme représentant +/- 20 % de la valeur cible

* Los límites representan la máxima desviación permitida de una única cuantificación según las normas de la Colegio de Médicos de la RFA (RiliBäk); Deutsches Aэрzteblatt Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003, A 3335-3338.

En el caso de los análisis no listados en Rilibäk, se han asignado límites que son +/- 20 % del valor medio.

** Data not available at the time of printing. Please inquire.

Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.

Données non disponible à la date d'impression. Prière de se renseigner.

No se disponía de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte su contacto para cualquier duda.

Manufacturer

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany