TruLab Protein Level 2 Version 21.08.2017 Lot No. 23981

Exp. 2020-03

CE

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Universal control serum **Cat. No. 5 9510 99 10 046** **Kit size 3 x 1 mL**
Universal-Kontrollserum
Sérum de contrôle universel
Suero de control universal
Контрольная сыворотка специфических белков

Constituent Bestandteil Constituant Constituyente Компонент	System System Systeme Sistema система	Cat. No. Art.-Nr. Références N° de pedido Кат. №	Assay value Sollwert Valeur cible Valor medio уставки	Max. limits Max. Bereich Limites max. Limites máx. máксимум диапазóн	Units Einheit Unité Unidad Един.
AATRYP a-1-Antitrypsin a-1-Antitrypsine a-1-Antitripsina Альфа1-антитрипсин	Siemens BN ProSpec	OSAZ09	**286** **2,86**	229 - 343 2,29 - 3,43	mg/dL g/L
ALB Albumin (Microalbumin) Albumine (Microalbumine) Albúmina (Microalbúmina) Альбумин (Микроальбумин)	DiaSys	1 0242	**5679** **56,8**	4373 - 6985 43,7 - 69,8	mg/dL g/L
	Beckman-Coulter AU Series	OSR6X02	**5693** **56,9**	4384 - 7002 43,8 - 70,0	mg/dL g/L
	Siemens BN ProSpec	OSAL15	**6133** **61,3**	4722 - 7544 47,2 - 75,4	mg/dL g/L
AMACG a-2-Macroglobulin a-2-Makroglobulin a-2-Macroglobuline a-2-Macroglobulina Альфа2-макроглобулин	Siemens BN ProSpec	OSAM15	**301** **3,01**	241 - 361 2,41 - 3,61	mg/dL g/L
ASO Antistreptolysin O Antistreptolysine O Antistreptolysina O Антистрептолизин О	DiaSys	1 7012	**434**	347 - 521	IU/mL
	Beckman-Coulter AU Series	OSR6194	**372**	298 - 446	IU/mL
BMICG b-2-Microglobulin b-2-Mikroglobulin b-2-Microglobuline b-2-Microglobulina Бета2-микроглобулин	Siemens BN ProSpec	OQWU15	**6,18** **0,618**	4,94 - 7,42 0,494 - 0,742	µg/mL mg/dL

TruLab Protein Level 2 Version 21.08.2017 Lot No. 23981

Exp. 2020-03

CE

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Universal control serum **Cat. No. 5 9510 99 10 046** **Kit size 3 x 1 mL**
Universal-Kontrollserum
Sérum de contrôle universel
Suero de control universal
Контрольная сыворотка специфических белков

Constituent **Bestandteil** **Constituant** **Constituyente** **Компонент**	**System** **System** **Systeme** **Sistema** **система**	**Cat. No.** **Art.-Nr.** **Références** **N° de pedido** **Кат. №**	**Assay value** **Sollwert** **Valeur cible** **Valor medio** **уставки**	**Max. limits** **Max. Bereich** **Limites max.** **Limites máx.** **máksimum диапазóн**	**Units** **Einheit** **Unité** **Unidad** **Един.**
C3c Complement C3c Complemento C3c Комплемент C3c	DiaSys	1 1802	**185** **1,85**	148 - 222 1,48 - 2,22	mg/dL g/L
	Siemens BN ProSpec	OSAP15	**194** **1,94**	156 - 233 1,56 - 2,33	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Complemento C4 Комплемент C4	DiaSys	1 1812	**38,7** **0,387**	31,0 - 46,5 0,310 - 0,465	mg/dL g/L
	Siemens BN ProSpec	OSAO15	**44,9** **0,449**	35,9 - 53,9 0,359 - 0,539	mg/dL g/L
CPLAS Ceruloplasmin Coeruloplasmine Céruléoplasmine Ceruloplasmina Церулоплазмин	Siemens BN ProSpec	OSR6164	**73,5** **0,735**	58,8 - 88,2 0,588 - 0,882	mg/dL g/L
CRP C-Reactive Protein C-Reaktives Protein Protéine C Reactive С-реактивный белок	DiaSys	1 7002	**6,79** **67,9**	4,95 - 8,62 49,5 - 86,2	mg/dL mg/L
	DiaSys Particle enhanced, U-Application	1 7045	**5,60** **56.0**	4,09 - 7,11 40,9 - 71,1	mg/dL mg/L
	Beckman-Coulter AU CRP latex	OSR6X99	**6,97** **69,7**	5,09 - 8,85 50,9 - 88,5	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ferritine Ferritina Ферритин	DiaSys	1 7059	**315**	227 - 403	ng/mL = µg/L
	DiaSys; respons reagent SR	1 7245	**279**	201 - 357	ng/mL = µg/L

TruLab Protein Level 2 Version 21.08.2017 Lot No. 23981

Exp. 2020-03

CE

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Universal control serum **Cat. No. 5 9510 99 10 046** **Kit size 3 x 1 mL**
Universal-Kontrollserum
Sérum de contrôle universel
Suero de control universal
Контрольная сыворотка специфических белков

Constituent Bestandteil Constituant Constituyente Компонент	System System Systeme Sistema система	Cat. No. Art.-Nr. Références N° de pedido Кат. №	Assay value Sollwert Valeur cible Valor medio уставки	Max. limits Max. Bereich Limites max. Limites máx. máксимум диапазóн	Units Einheit Unité Unidad Един.
HAPG Haptoglobin Haptoglobine Aptoglobina Гаптоглобин	Beckman-Coulter AU Series	OSR6165	**179** **1,79**	143 - 215 1,43 - 2,15	mg/dL g/L
IgA Immunoglobulin A Immunglobulin A Immunoglobuline A Inmunoglobulina A Иммуноглобулин A	DiaSys	1 7202	**325** **3,25**	247 - 403 2,47 - 4,03	mg/dL g/L
	Beckman-Coulter AU Series	OSR61171	**317** **3,17**	241 - 393 2,41 - 3,93	mg/dL g/L
	Siemens BN ProSpec	OSAR09	**344** **3,44**	261 - 427 2,61 - 4,27	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Immunglobulin E Immunoglobuline E Inmunoglobulina E Иммуноглобулин E	DiaSys	1 7239	**251**	201 - 301	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Immunglobulin G Immunoglobuline G Inmunoglobulina G Иммуноглобулин G	DiaSys	1 7212	**1787** **17,9**	1430 - 2144 14,3 - 21,4	mg/dL g/L
	Beckman-Coulter AU Series	OSR61172	**1713** **17,1**	1370 - 2056 13,7 - 20,6	mg/dL g/L
	Siemens BN ProSpec	OSAS15	**1869** **18,7**	1495 - 2243 15,0 - 22,4	mg/dL g/L

TruLab Protein Level 2 Version 21.08.2017 Lot No. 23981

Exp. 2020-03

CE

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Universal control serum **Cat. No. 5 9510 99 10 046** **Kit size 3 x 1 mL**
Universal-Kontrollserum
Sérum de contrôle universel
Suero de control universal
Контрольная сыворотка специфических белков

Constituent **Bestandteil** **Constituant** **Constituyente** **Компонент**	**System** **System** **Systeme** **Sistema** **система**	**Cat. No.** **Art.-Nr.** **Références** **N° de pedido** **Кат. №**	**Assay value** **Sollwert** **Valeur cible** **Valor medio** **уставки**	**Max. limits** **Max. Bereich** **Limites max.** **Limites máx.** **ма́ксимум диапазо́н**	**Units** **Einheit** **Unité** **Unidad** **Един.**
IgM Immunoglobulin M Immunglobulin M Immunoglobuline M Inmunoglobulina M Иммуноглобулин М	DiaSys	1 7222	**259** **2,59**	187 - 332 1,87 - 3,32	mg/dL g/L
	Beckman-Coulter AU Series	OSR61173	**244** **2,44**	176 - 312 1,76 - 3,12	mg/dL g/L
	Siemens BN ProSpec	OSAT09	**275** **2,75**	198 - 352 1,98 - 3,52	mg/dL g/L
KAPPA Kappa Light Chain Kappa-Leichtketten Chaines légères Kappa Cadenas ligeras Kappa Каппа легкие цепи	Siemens BN ProSpec	OPJA03	**12,0** **0,012**	9,6 - 14,4 0,010 - 0,014	mg/L g/L
LAMBDA Lambda Light Chain Lambda-Leichtketten Chaines légères Lambda Cadenas ligeras Lambda Лямбда легкие цепи	Siemens BN ProSpec	OPJB03	**18,6** **0,019**	14,9 - 22,3 0,015 - 0,022	mg/L g/L
MYO Myoglobin Myoglobine Mioglobina Миоглобин	DiaSys	1 7098	**200**	160 - 240	ng/mL = µg/L
PREALB Pre-albumin Präalbumin Préalbumine Prealbúmina Преальбумин	DiaSys	1 0292	**47,1** **0,471**	37,7 - 56,5 0,377 - 0,565	mg/dL g/L

TruLab Protein Level 2 Version 21.08.2017 Lot No. 23981

Exp. 2020-03

CE

For updated target value sheets, please refer to the website mentioned below.
Aktualisierte Sollwertzettel finden Sie auf der unten genannten Webseite.
Le site mentionné ci-dessous renseigne sur des notices de valeur titrée mis à jour.
Para técnicas con valores de ensayo actualizadas, véase el sitio web mencionado abajo.
для обновленного значения списка пожалуйста посетите ниже приведенный адрес

http://www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Universal control serum **Cat. No. 5 9510 99 10 046** **Kit size 3 x 1 mL**
Universal-Kontrollserum
Sérum de contrôle universel
Suero de control universal
Контрольная сыворотка специфических белков

Constituent Bestandteil Constituant Constituyente Компонент	System System Systeme Sistema система	Cat. No. Art.-Nr. Références N° de pedido Кат. №	Assay value Sollwert Valeur cible Valor medio уставки	Max. limits Max. Bereich Limites max. Limites máx. ма́ксимум диапазо́н	Units Einheit Unité Unidad Един.
RF Rheumatoid Factor Rheumafaktor Facteur rhumatoides Factores reumatoides Ревматоидный фактор	DiaSys	1 7022	**63,4**	50,7 - 76,1	IU/mL
	Beckman-Coulter AU Series Latex	OSR61105	**67,5**	54,0 - 81,0	IU/mL
TRANSF Transferrin Transferrine Transferrina Трансферрин	DiaSys	1 7252	**348** **3,48**	278 - 418 2,78 - 4,18	mg/dL g/L
	Beckman-Coulter AU Series	OSR6152	**351** **3,51**	281 - 421 2,81 - 4,21	mg/dL g/L

Notes

* Data not available at the time of printing. Please inquire.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks nicht verfügbar. Bitte nachfragen.
Données non disponibles á la date d'impression. Prière de se renseigner.
No se disponiá de información en el momento en que se imprimió este prospecto. Consulte en caso de cualquier duda.

** Ranges of acceptance were calculated as assigned value ± the maximum tolerable deviation of a single value according to the Guidelines of the German Federal Medical Council from 2003
Die Akzeptanzbereiche wurden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 2003 als Sollwert ± die maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes berechnet
L'intervalle de confiance a été calculée comme la valeur des méthodes de référence +/- le maximum de l'erreur de mesure admissible selon les recommandations du Comité Médical Fédéral d'Allemagne de 2003
Los rangos de tolerancia han sido calculados como valor de ensayo ± variación máxima tolerable del valor independiente, según las directrices de la Cámara Federal de los Médicos Alemanes de 2003
(Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung quantitativer laboratoriums¬medizinischer Untersuchungen Deutsches Ärzteblatt 2003; 100:A 3335-38)

*** In diesem Sollwertzettel wird immer ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet.
A comma is always used in this value sheet as decimal separator. Separators for thousands are not used.
Dans ce fiche des valeurs de références, la virgule représente le caractère séparateur décimal. Des séparateurs pour 'mille' ne sont pas employés.
La coma representa el carácter separador decimal. No se utilizan caracteres para separar el 'mil'.
Это список литературы всегда запятая используется в качестве десятичного разделителя. Сепараторы для тысяч не используются.

Manufacturer
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany