

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Паспорт Значений

Дата обновления: 05.06.2018

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro: Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine)», 3x1 мл

Каталожный номер: 1 3400 99 10 041

Описание продукта и его назначение

Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) – жидкий ста-бильный калибратор трех различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки.

Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) используется для калибровки теста на Гомоцистеин (Homocysteine FS) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее четырех недель.

Подготовка

Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализа.

Прослеживаемость

Значения калибратора Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала SRM 1955.

Аттестованное значение калибратора Гомоцистеина (TruCal Homocysteine), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal Homocysteine, Уровень 0	25567	2019-03	0,00 мкмоль/л
TruCal Homocysteine, Уровень 1	25568	2019-03	6,60 мкмоль/л
TruCal Homocysteine, Уровень 2	25569	2019-03	28,0 мкмоль/л