

Паспорт Значений

Дата обновления: 05.06.2018

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты диагностические для биохимических исследований *in vitro*: Калибратор ревматоидного фактора (TruCal RF)», 5x1 мл

Каталожный номер: 1 7020 99 10 059

Описание продукта и его назначение

Калибратор ревматоидного фактора (TruCal RF) представляет собой жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой плазмы.

Калибратор ревматоидного фактора (TruCal RF) предназначен для калибровки фотометрических систем при определении ревматоидного фактора иммунотурбидиметрическим методом на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клиничко-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор ревматоидного фактора (TruCal RF) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее 30 дней.

Подготовка

Калибратор ревматоидного фактора (TruCal RF) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализа.

Прослеживаемость

Значения калибратора ревматоидного фактора (TruCal RF) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала WHO NIBSC W 1066.

Аттестованное значение калибратора ревматоидного фактора (TruCal RF), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal RF, Уровень 1	25402	2019-12	25,0 МЕ/мл
TruCal RF, Уровень 2	25403	2019-12	50,0 МЕ/мл
TruCal RF, Уровень 3	25404	2019-12	100,0 МЕ/мл
TruCal RF, Уровень 4	25405	2019-12	250,0 МЕ/мл
TruCal RF, Уровень 5	25406	2019-12	500,0 МЕ/мл