

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Паспорт Значений для TruCal Albumin U/CSF Lot 31201-31205 до 2022-11

Дата обновления: 22.06.2021

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты диагностические для биохимических исследований *in vitro*: Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF)», 5x1 мл

Каталожный номер: 1 9300 99 10 059

Описание продукта и его назначение

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) представляет собой водный стабилизированный калибратор пяти различных уровней, содержащий человеческую плазму.

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) предназначен для калибровки фотометрических систем при определении альбумина (микроальбумина) иммунотурбидиметрическим методом в моче и спинномозговой жидкости, сыворотке и плазме крови на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом флаконе, так и после вскрытия флакона при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее 3 месяцев.

Подготовка

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура применения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения того или иного анализата.

Прослеживаемость

Значения калибратора альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA470k/IFCC.

Аттестованные значения калибратора альбумина в моче и спинномозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF), указанные в паспорте, специфичны только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 1	31201	2022-11-19	11,1 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 2	31202	2022-11-19	22,4 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 3	31203	2022-11-19	44,4 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 4	31204	2022-11-19	150 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 5	31205	2022-11-19	306 мг/л