Кальций

Arsenaso III (метод с Арсеназо III)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab



* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.



Тел.: (495) 980-63-39
Факс: (495) 980-66-79
e-mail: sale@diakonlab.ru
сайт: www.diakonlab.ru

Кальций

Arsenaso III (метод с Арсеназо III)

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab



**-вводится из паспорта к калибратору

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

Тел.: (495) 980-63-39
Факс: (495) 980-66-79
e-mail: sale@diakonlab.ru
сайт: www.diakonlab.ru