

Паспорт Значений для TruCal Homocysteine
Lot 37437-37439 до 2026-02-23

Дата обновления: 29.07.2025.

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro: Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine)», 3x1 мл.

Каталожный номер: 1 3400 99 10 041.

Описание продукта и его назначение

Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) – жидкий стабильный калибратор трех различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки.

Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) используется для калибровки теста на Гомоцистеин (Homocysteine FS) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинично-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее четырех недель.

Подготовка

Калибратор Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого аналита.

Прослеживаемость

Значения калибратора Гомоцистеина (TruCal Homocysteine) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала SRM 1955.

Аттестованное значение калибратора Гомоцистеина (TruCal Homocysteine), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal Homocysteine, Уровень 0	37437	2026-02-23	0,00 мкмоль/л
TruCal Homocysteine, Уровень 1	37438	2026-02-23	6,45 мкмоль/л
TruCal Homocysteine, Уровень 2	37439	2026-02-23	27,5 мкмоль/л