

Холестерин

GHOD-PAP (холестериноксидазный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		Chol		
ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ				
Единицы	mmol/l			
Точность	2			
Параметры анализа				
Тип	END			
Осн.ДВ	505			
Всп.ДВ	700			
Метод	CHOD-PAP			
Коррекция				
Y =	Наклон	X +	СДВИГ	
	1		0	
Калибровка				
Тип: Линейный				
Стандарт				
#1	*	#4		
#2		#5		
#3		#6		
Значения норм				
	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворотка	0	5.2	0	5.2
Моча				
Плазма				
СМЖ				
Диализ				
Другое				
Страница: 1		Печать		
Далее		Сохранить		
Выход				

*-вводится из паспорта к калибратуру

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Название		Chol	
Методика анализа			
Тип	<input checked="" type="radio"/> 1-реар <input type="radio"/> 2-реар		
Образец	ОБЪЕМ		
Реагент 1	3		
	250		
3-е перем.. <input checked="" type="radio"/> выкл <input type="radio"/> вкл			
Бланк <input checked="" type="radio"/> по воде			
Экран			
Точка "0"	1		
Диапазон	3		
ОБРАБОТКА ДАННЫХ			
Считывание			
	Старт	Стоп	
Основн.	52	54	
Дополн.	9	11	
Предел Абсорбции			
	Нижн.	0	
	Верхн.	3	
Фактор			
Корр. бланка	**		
ПРЕДЕЛ КОН. Т. 2			
ЛИНЕЙНОСТЬ(%) 0			
Авторазведение образца			
Развести	<input checked="" type="radio"/> 99:Разв.1 <input type="radio"/> 100:Разв.2		
ПРОВЕРКА ПРОЗОНЫ			
	Старт	Стоп	ПРЕДЕЛ(%)
ПЕРВЫЙ			
ВТОРОЙ			
	<input checked="" type="radio"/> Нижн. <input type="radio"/> Верхн		
Страница: 2		Печать	
Предыдущ.		Далее	
Сохранить		Выход	

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Название </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Chol </div>
---	--

Повтор с авторазведением

☒ Вкл
 ☐ Выкл

Предел линейности методики

☐ Вкл
☒ Выкл

☒ Вкл
☐ Выкл

	Нижн.	Верхн.
Сыворотка	0.08	19.4
Моча		
Плазма		
СМЖ		
Диализ		
Другое		

Авторазведение по заданному пределу абсорбции

Предел абсорбции

Нижн.

☐ Вкл
 ☒ Выкл

Верхн.

☐ Вкл
 ☒ Выкл

Предел прозоны

☐ Вкл
 ☒ Выкл

Объемы флаконов для реагентного штатива (мл)

На 24 позиции

РЕАГЕНТ1	60
РЕАГЕНТ2 P1	40
РЕАГЕНТ2 P2	20

На 36 позиций

РЕАГЕНТ1	32,5
РЕАГЕНТ2 P1	26,25
РЕАГЕНТ2 P2	13

Предупреждающий диапазон

	Мужчина		Женщина	
	Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.
Сыворотка				
Моча				
Плазма				
СМЖ				
Диализ				
Другое				

Страница: 3

Печать

Предыдущ.

Сохранить

Выход

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.