

**Контрольная сыворотка специфических белков (низкий уровень)  
(Immunology Control Low)**
**Назначение**

Точная контрольная сыворотка для определения некоторых белков (список см. ниже) методами турбидиметрии и нефелометрии

**Состав**

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором обезжиренная и дефибринированная нормальная человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азота натрия.

**Упаковка**

1 × 1 мл Кат. №: 139F003

**Концентрация** – мг/дл (Концентрации белков могут варьировать в зависимости от лота)

Альбумин – 1497 (1272-1722),  
α1-Антитрипсин – 67,7 (57,5-77,9);

α2-Макроглобулин – 98,9 (84,1-113,7);  
α1-кислый гликопротеин – 37,4 (31,8-43,0);  
Церулоплазмин – 16,4 (13,9-18,9);  
Гемоглобин – 54,1 (46,0-62,2);  
Трансферрин – 139 (118-160);  
Иммуноглобулин А – 118 (100-136);  
Иммуноглобулин G – 584 (465-630);  
Иммуноглобулин М – 87,0 (74,0-100,0);  
Комплмент C3 – 60,8 (51,7-69,9);  
Комплмент C4 – 13,9 (11,8-16,0);  
Антитромбин III – 13,8 (11,7-15,9);  
Ингибитор С1 эстеразы – 18,4 (15,6-21,2);  
Каппа легкие цепи – 142 (121-163);  
Лямбда легкие цепи – 79,2 (67,3-91,1);  
Преальбумин – 16,9 (14,4-19,4)

**ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ  
ЛОТ AL07312 СРОК ГОДНОСТИ ДО 2026-06**
**Информация для заказа:**

Артикул	Фасовка
139F003	1 × 1 мл

Готов к использованию.

**Назначение**

Контрольная сыворотка предназначена для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении специфических белков методами турбидиметрии и нефелометрии.

**Процедура определения**

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого аналита. Контрольную сыворотку специфических белков (низкий уровень) применять в тех же условиях, с теми же реагентами и оборудованием, что и анализируемые образцы пациентов в соответствии с инструкцией по применению набора реагентов и адаптациями для определения исследуемого аналита.

**Состав**

Разведённая фосфат-буферизованным физиологическим раствором человеческая плазма. Содержит стабилизаторы и 0,095% азота натрия.

**Установленные значения**

**Обращаем Ваше внимание, что в инструкции по применению контрольные значения приведены лишь в качестве ориентировочных. Для данного лота контрольной сыворотки специфических белков (низкий уровень) используйте значения, указанные в паспорте (см. таблицу ниже).**

Лот	Срок годности	
	2026-06	
Белок	Значения, мг/дл*	
	Номинальное значение	Допустимый диапазон
Альбумин	1761	1497 - 2025
α1-кислый гликопротеин	39,6	33,7 - 45,5
α1-антитрипсин	77,9	66,2 - 89,6
α2-макроглобулин	103	87,6 - 118
Антитромбин III**	11,2	9,5 - 12,9
Церулоплазмин**	10,2	8,2 - 12,2
Комплмент C3	72,1	61,3 - 82,9
Комплмент C4	17,5	14,9 - 20,1

**Производитель**

"Аптек Диагностикс нв", Бельгия, Aptec Diagnostics nv, Industriepark-West 42C, Sint-Niklaas, 9100, Belgium

Ингибитор С1 эстеразы**	17,6	15,0 - 20,2
Гемоглобин	70,4	59,8 - 81,0
IgA	124	105 - 143
IgG	615	523 - 707
IgM	70,3	59,8 - 80,8
Каппа легкие цепи**	162	138 - 186
Лямбда легкие цепи**	85,0	72,3 - 97,8
Преальбумин	16,3	13,9 - 18,7
Трансферрин	126	107 - 145

\* Значения по референсному препарату ERM-DA470k/IFCC

\*\* Значения по стандартному препарату Siemens