

Натрий (ДДС)

Ферментативный



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-500 (BiOLiS superior)

Тест №п.п. Название Оптические

Информация о данных
Единицы
Точность

Параметры анализа
Тип реакции
Осн. ДВ
Всп. ДВ
Метод

Калибровка
Тип

Концентрация стандарта.					
Бланк	0	#1	120 *	#2	160 *
#3		#4		#5	
#6					

Авто-повтор

Скорость мешалок
М - 1
М - 2

Корреляция
$$Y = 1 \cdot X + 0$$

*-вводится из инструкции к набору

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест №п.п. Название Оптические

Аспирация
Реагентов ☐ Один ☒ Два

Тип	Объем	Единицы	Промывка	Pr.Объем
Образец	4.0	мкл.	0	
Реагент 1	90	мкл.		1: 70/70mL
Реагент 2	30	мкл.		2: 20/20mL

Бланк
☒ по воде ☐ по реагенту

Монитор реакции
Уровень "0"
Масштабирование

Данные процесса
Считывание

	Старт	Стоп
Основн.	45	60
Дополн.		

Предел Абс. ~
Нижн. Верхн.

Коррекция
Бланк
Предел кон.точки
Пров.линейности(%)

Проверка прозоны

	Старт	Стоп	Предел(%)
Первый			
Второй			

☐ Выс. ☒ Нижн.
Мин. Abs. Среднее
Отклонени

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении, фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Натрий (ДДС)

Ферментативный



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-500 (BiOLiS superior)

Тест №пп Название Оптическая

Границы норм

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...	134	150	134	150
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Критические границы

	Мужчина		Женщина	
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.
Сыворот...				
Моча				
Плазма				
С.М.Ж.				
Диализ				
Другое				

Проверка реакций

☐ Вкл. ☒ Выкл.

Точк. пров.	40
Нижний	-3
Верхний	3

УдалитьВозвратДалееПечатьСохранить

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Тест №пп Название Оптическая

Авто повтор

☒ Вкл. ☐ Выкл.

Границы Авто повтора(Конц.)

	1-е развед.	Нижний		Верхний	
		* Знач.	развед.	* Знач.	развед.
Сыворот...	<input type="checkbox"/>	110	<input checked="" type="checkbox"/>	180	10
Моча	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Плазма	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
С.М.Ж.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Диализ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Другое	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Условия Авто повтора (Абс.)

Нижний ☐ Вкл. ☐ Выкл.

Верхний ☐ Вкл. ☐ Выкл.

Условия Авто повтора (Прозона)

☐ Вкл. ☐ Выкл.

Колич. образца

УдалитьВозвратДалееПечатьСохранить

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.