

ПАСПОРТ ЗНАЧЕНИЙ

Дата обновления: 28.07.2025.

Калибратор прокальцитонина (TruCal PCT) Lot 37395-37400 до 2026-05-30

Калибратор	Номер лота	Срок годности	Значение калибратора
Уровень 0	37395	2026-05-30	0,00 нг/мл
Уровень 1	37396	2026-05-30	0,856 нг/мл
Уровень 2	37397	2026-05-30	3,41 нг/мл
Уровень 3	37398	2026-05-30	8,71 нг/мл
Уровень 4	37399	2026-05-30	19,3 нг/мл
Уровень 5	37400	2026-05-30	54,1 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 1 (TruLab PCT) Lot 37843 до 2026-04-25

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 1	37843	2026-04-25	0,904 нг/мл	0,678 – 1,13 нг/мл

Контроль прокальцитонина Уровень 2 (TruLab PCT) Lot 37844 до 2026-04-25

Контроль	Номер лота	Срок годности	Целевое значение	Диапазон
Контроль прокальцитонина Уровень 2	37844	2026-04-25	7,86 нг/мл	6,29 – 9,43 нг/мл

Указанные аттестованные значения TruCal PCT и TruLab PCT специфичны только для данных лотов.

Подготовка

TruCal PCT и TruLab PCT готовы к использованию, предварительная подготовка не требуется.

Стабильность после вскрытия флаконов

Наименование	Стабильность	Температура хранения
Калибратор прокальцитонина	4 месяца	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 1	2 недели	+2 – +8°C
Контроль прокальцитонина Уровень 2	2 недели	+2 – +8°C