

## Паспорт Значений

Дата обновления: 25.05.2020

### Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты диагностические для биохимических исследований *in vitro*: Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF)», 5x1 мл

Каталожный номер: 1 9300 99 10 059

### Описание продукта и его назначение

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) представляет собой водный стабилизированный калибратор пяти различных уровней, содержащий человеческую плазму.

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) предназначен для калибровки фотометрических систем при определении альбумина (микроальбумина) иммунотурбидиметрическим методом в моче и спинномозговой жидкости, сыворотке и плазме крови на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

### Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом флаконе, так и после вскрытия флакона при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

### Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее 3 месяцев.

### Подготовка

Калибратор альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

### Процедура

Процедура применения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения того или иного анализата.

### Прослеживаемость

Значения калибратора альбумина в моче и спинно-мозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA470k/IFCC.

Аттестованные значения калибратора альбумина в моче и спинномозговой жидкости (TruCal Albumin U/CSF), указанные в паспорте, специфичны только для данного лота калибратора.

### Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 1	29170	2021-10-08	11.8 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 2	29171	2021-10-08	22.5 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 3	29172	2021-10-08	44.6 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 4	29173	2021-10-08	144 мг/л
TruCal Albumin U/CSF, Уровень 5	29174	2021-10-08	316 мг/л